



## 皮膚赤外線体温計

### ウィーウェル非接触赤外線体温計1000

販売名	ウィーウェル非接触赤外線体温計1000
一般的な名称	皮膚赤外線体温計
医療機器認証番号	226AFBZX00168000
医療機器分類	管理医療機器
測定部位	こめかみ部
使用温度範囲	16~40°C
最小表示単位	0.1°C
最大許容誤差	±0.2°C (体温測定モード: 36~39°C)
表示温度範囲	22.0~42.5°C (体温測定 (Body temperature) モード) 0.0~100°C (温度測定 (Object temperature) モード) 16~40°C (室温測定 (Room temperature) モード)
保存温度範囲	-20~50°C
表示温度方式	実測及び補正温度方式
電池	単3形乾電池2本 (DC3V)
商品内容	本体1セット、プラスチック収納ケース1個、取扱説明書1部 添付文書1枚、お試し用電池（単3形乾電池）2個



[本製品は医療機器であり、使用方法、使用時の注意事項をよく読んだ後、使用して